

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:**

**ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 33140000-3 «Медичні матеріали». Рукавиці медичні.** (НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні), відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 « Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

**1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (Далі – Замовник):**

Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради». Україна, 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича буд. 91, код 01993150.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:**

**ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 33140000-3 «Медичні матеріали». Рукавиці медичні.** (НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні).

**Номенклатурні позиції:**

(НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні).

**3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-18-011794-b.**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначено у відповідності до потреб КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та з урахуванням вимог законодавства. **33140000-3 «Медичні матеріали». Рукавиці медичні.** (НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні), використовується при наданні медичної допомоги пацієнтам КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», які перебувають на лікуванні. **Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:**

№ п/п	Найменування	код НК	Од.	Кількість	МТВ
-------	--------------	--------	-----	-----------	-----

1	Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені, розмір S	НК - 56286-Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудрована ні, нестерильні	пар.	100 000	Рукавиці повинні бути виготовленні з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу - нітрил. Рукавички мають мати текстуровану структуру долоні та пальців, мають мати валик на манжеті. Рукавички хлоровані. Для одноразового використання. Ширина долоні середнє значення - 80±88мм. Довжина -243± 5 мм. Товщина в області зап'ястя - 0,05. Товщина в області долоні -0,06±2 мм. Товщина в області пальців -0,08±1. Міцність на розрив (до старіння) МПа -29,0±8. Міцність на розрив (після старіння) -31,8. Видовження на момент розриву ( до старіння) - 580%, Видовження на момент розриву( після старіння) - 500%, Сила на розрив(після випробування з навантаження) - 6,6 N, Залишки пудри - 0,26±1мг/шт.Обробка манжети: рівномірно загнутий край.Мають текстуровану поверхню на пальцях.
2	Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені, розмір M	НК - 56286-Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудрована ні, нестерильні	пар.	200 000	Рукавиці повинні бути виготовленні з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу - нітрил. Рукавички мають мати текстуровану структуру долоні та пальців, мають мати валик на манжеті. Рукавички хлоровані. Для одноразового використання. Ширина долоні середнє значення - 95±99мм. Довжина -243± 5 мм. Товщина в області зап'ястя - 0,05. Товщина в області долоні -0,06±2 мм. Товщина в області пальців -0,08±2. Міцність на розрив (до старіння) МПа -29,0±10. Міцність на розрив (після старіння) -30,8. Видовження на момент розриву ( до старіння) - 580±40%, Видовження на момент розриву( після старіння) - 500±20%, Сила на розрив(після випробування з навантаження) - 6,2 N, Залишки пудри - 0,26±2мг/шт .Обробка манжети: рівномірно загнутий край Мають текстуровану поверхню на пальцях.
3	Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені, розмір L	НК - 56286-Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудрована ні, нестерильні	пар.	140 000	Рукавиці повинні бути виготовленні з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу - нітрил. Рукавички мають мати текстуровану структуру долоні та пальців, мають мати валик на манжеті. Рукавички хлоровані. Для одноразового використання. Ширина долоні середнє значення - 106±110мм. Довжина -243± 5 мм. Товщина в області зап'ястя - 0,05. Товщина в області долоні -0,06±2 мм. Товщина в області пальців -0,09±1. Міцність на розрив (до старіння) МПа -31,3±10. Міцність на розрив (після старіння) -32,3. Видовження на момент розриву ( до старіння) - 600±40%, Видовження на момент розриву( після старіння) - 520±20%, Сила на розрив(після випробування з навантаження) - 6,5 N, Залишки пудри - 0,32±1мг/шт.Обробка манжети: рівномірно загнутий край Мають текстуровану поверхню на пальцях.
4	Рукавички медичні оглядові спеціальне покриття – плівка, що збагачена рідким шовком нестерильні неприпудрені білого кольору, розмір M	НК - 56286-Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудрована ні, нестерильні	пар.	2 000	Рукавички виготовлені з бутадієн-нітрилового каучуку (NBR);Білого кольору. Рукавички мають текстуровану структуру пальців, мають валик на манжеті;Нестерильні. Неприпудрені. Обробка манжети: рівномірно зігнутий край; Рукавички не містить протеїнів натурального латексу та пудри; Рукавички всередині мають спеціальне покриття – плівку, що збагачена рідким шовком."3 в 1": надійний захист, комфорт і догляд за шкірою рук; Форма: Рукавички не мають анатомічної форми, підходять для обох рук; Рукавички виготовлені з дотриманням міжнародних стандартів; Цей продукт містить дитиокарбамат та меркаптобензотіазол цинку - не слід застосовувати у разі гіперчутливості до цих речовин; Відповідає вимогам AQL 1.0; Рукавички маює високий рівень комфорту при носінні; Забезпечують гарне зчеплення та тактильні характеристики; Внутрішнє покриття забезпечує швидке та легке надягання; Оглядова рукавичка, виготовлена з нітрилу, не містить пудри і не містить протеїнів латексу. Вона ідеально підходить для користувачів, які мають алергію типу I або хочуть її уникнути. Унікальне внутрішнє покриття , збагачене рідким шовком, забезпечує особливо швидке та легке надягання.

5	Рукавички медичні оглядові нітрилові спеціальне покриття – плівка, що збагачена рідким шовком нестерильні неприпудрені білого кольору, розмір S	НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні	пар.	1 500	<p>Рукавички виготовлені з бутадієн-нітрилового каучуку (NBR); Білого кольору.</p> <p>Рукавички мають текстуровану структуру пальців, мають валик на манжеті; Нестерильні. Неприпудрені.</p> <p>Обробка манжети: рівномірно зігнутий край;</p> <p>Рукавички не містять протеїнів натурального латексу та пудри;</p> <p>Рукавички всередині мають спеціальне покриття – плівку, що збагачена рідким шовком. "3 в 1": надійний захист, комфорт і догляд за шкірою рук;</p> <p>Форма: Рукавички не мають анатомічної форми, підходять для обох рук;</p> <p>Рукавички виготовлені з дотриманням міжнародних стандартів;</p> <p>Цей продукт містить дитиокарбамат та меркаптобензотіазол цинку - не слід застосовувати у разі гіперчутливості до цих речовин;</p> <p>Відповідає вимогам AQL 1.0;</p> <p>Рукавички мають високий рівень комфорту при носінні;</p> <p>Забезпечують гарне зчеплення та тактильні характеристики;</p> <p>Внутрішнє покриття забезпечує швидке та легке надягання;</p> <p>Оглядова рукавичка, виготовлена з нітрилу, не містить пудри і не містить протеїнів латексу. Вона ідеально підходить для користувачів, які мають алергію типу I або хочуть її уникнути.</p> <p>Унікальне внутрішнє покриття, збагачене рідким шовком, забезпечує особливо швидке та легке надягання.</p>
---	---	---	------	-------	---

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного виду продукції.

**6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій, та моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «PROZORRO» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках. Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних. Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару. Таким чином очікувана вартість закупівлі **ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 33140000-3 «Медичні матеріали». Рукавиці медичні.** (НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні; НК - 56286- Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні) становить - **2 015 000,00 UAH з ПДВ.**

Просимо вибачення за несвоєчасне розміщення відповіді на запит замовнику про надання пояснення через виникнення технічних причин в електронній системі закупівель.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4<sup>1</sup> постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), розміщено за посиланням [www.okl.if.ua/index.php/обґрунтування-закупівель](http://www.okl.if.ua/index.php/обґрунтування-закупівель).