

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33190000-8 «Медичне обладнання та виробництво медичного призначення різні». (НК 024:2019: Операційний стіл гідравліко-механічний - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Операційний стіл гідравліко-механічний для загальної хірургії - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Операційний стіл гідравліко-механічний для офтальмології - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Кушетка медична оглядова – 32264 Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі), відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (Далі – Замовник):

Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради». Україна, 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича буд. 91, код 01993150.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33190000-8 «Медичне обладнання та виробництво медичного призначення різні». (НК 024:2019: Операційний стіл гідравліко-механічний - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Операційний стіл гідравліко-механічний для загальної хірургії - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Операційний стіл гідравліко-механічний для офтальмології - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Кушетка медична оглядова – 32264 Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі).

Номенклатурні позиції:

(НК 024:2019: Операційний стіл гідравліко-механічний - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Операційний стіл гідравліко-механічний для загальної хірургії - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Операційний стіл гідравліко-механічний для офтальмології - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Кушетка медична оглядова – 32264 Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-15-008299-а.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначено у відповідності до потреб КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та з урахуванням вимог законодавства. *33190000-8 «Медичне обладнання та виробництво медичного призначення різні». (НК 024:2019: Операційний стіл гідравліко-механічний - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Операційний стіл гідравліко-механічний для загальної хірургії - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Операційний стіл гідравліко-механічний для офтальмології - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Кушетка медична оглядова – 32264 Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі),* використовується при наданні медичної допомоги пацієнтам КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», які перебувають на лікуванні. **Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:**

Операційний стіл гідравліко-механічний - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний – 1 комплект.

№ п/п	Найменування технічної вимоги	Значення	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку інструкції, або офіційних технічних даних виробника
-------	-------------------------------	----------	---

1	Стіл має бути призначений для позиціонування пацієнта під час операцій та процедур, придатний для загальної та інших видів вузькопрофільних операцій.	Відповідність	
2	Стіл повинен мати гідравліко-механічний привід	Відповідність	
3	Стільниця виконана з HPL матеріалу, рентгенпрозора, придатна для роботи з С-	Відповідність	
4	Стіл розташований на мобільній основі, має не менше 3х антистатичних коліс	Відповідність	
5	Стіл повинен мати систему вирівнювання потенціалів/заземлення	Відповідність	
6	Наявність системи прямолінійного руху	Відповідність	
7	Металеві частини столу виконані з нержавіючої сталі марки AISI 316L з	Відповідність	
8	По боках столу мають знаходитись рейки для кріплення додаткового обладнання	Відповідність	
9	Рейки мають бути виконані з нержавіючої сталі з блокаторами для запобігання спадання додаткового обладнання	Відповідність	
10	Стіл оснащений системою центрального гальмування, що керується ногою педаллю	Відповідність	
11	Стіл має складатись з не менше 5 секцій: головна, спинна, грудна, тазова, ножна (роздільна)	Відповідність	
12	Секції голови та ніг мають бути взаємозамінними	Відповідність	
13	Знімні секцію мають зніматись та монтуватись без потреби вкручувати	Відповідність	
14	Стіл має бути обладнаний кожухом для зберігання важеля	Відповідність	
15	Регулювання висоти столу гідравлічно за допомогою ногої педалі	Відповідність	
16	Положення Тренделенбурга/антиТренделенбурга за допомогою важелів з блокуванням	Відповідність	
17	Латеральні нахили виконуються за допомогою важеля	Відповідність	
18	Зміна нахилу спинної секції за допомогою пневматичної пружини з важелем з	Відповідність	

19	Зміна нахилу грудної секції за допомогою важеля	Відповідність	
20	Зміна нахилу ножної секції за допомогою важеля з блокуванням	Відповідність	
21	Зміна нахилу головної секції за допомогою важеля	Відповідність	
22	Матраци мають бути виконані з поліуретану, з'ємні, що кріпляться на штифти	Відповідність	
23	Довжина столу, не менше	2060 мм	
24	Ширина столу та матрацу, не менше	500 мм	
25	Повна ширина столу, не більше	550 мм	
26	Мінімальна висота столу, не гірше	685 мм	
27	Максимальна висота столу, не гірше	985 мм	
28	Кут підйому головної секції, не більше	55°	
29	Кут опускання головної секції, не більше	50°	
30	Кут підйому спинної секції, не менше	85°	
31	Кут опускання спинної секції, не менше	40°	
32	Кут підйому ножної секції, не менше	30°	
33	Кут опускання ножної секції, не менше	90°	
34	Кут розсування ножної секції, не менше	180°	
35	Висота ниркового валика, не менше	150 мм	
36	Кут латеральних нахилів, не менше	±25°	
37	Кут нахилу Тренделенбурга та антиТренделенбурга, не менше	±30°	
38	Максимальне навантаження на стіл, не менше	200 кг	
39	Вага столу, не більше	155 кг	
40	Матеріали столу та матраців повинні бути стійкі до миючих та дезінфікуючих засобів, що складаються з чистого спирту, містять спирт, сполуки хлору та амонію	Відповідність	
	Список додаткового обладнання:		
41	Інфузійна стійка з нержавіючої сталі з двома гачками	1 шт	
42	Підголівник з пінополіуретану. Габарити 80мм x 220 мм x 240 мм	1 шт	

43	Тримач руки для анестезіолога з ременями для фіксації. Основа з нержавіючої сталі, покрита чохлом з поліуретану. Дозволяє обертання по вертикальній осі. Розміри 25 мм x 160 мм x 500 мм	1 шт	
	Документи для підтвердження:		
44	Декларація відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів, яка підтверджує якість запропонованого товару.	Наявність	
45	Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі	Наявність	
46	Інструкція (паспорт) з експлуатації українською мовою	Наявність	

Операційний стіл гідравліко-механічний для загальної хірургії - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний – 1 комплект.

№ п/п	Найменування технічної вимоги	Значення	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку інструкції, або офіційних технічних даних виробника
1	Стіл має бути призначений для позиціонування пацієнта під час операцій та процедур, придатний для загальної та інших видів вузькопрофільних операцій.	Відповідність	
2	Стіл повинен мати гідравліко-механічний привід	Відповідність	
3	Стільниця виконана з HPL матеріалу, рентгенпрозора, придатна для роботи з С-	Відповідність	
4	Стіл розташований на мобільній основі, має не менше 3х антистатичних коліс	Відповідність	
5	Стіл повинен мати систему вирівнювання потенціалів/заземлення	Відповідність	
6	Наявність системи прямолінійного руху	Відповідність	
7	Металеві частини столу виконані з нержавіючої сталі марки AISI 316L з	Відповідність	
8	По боках столу мають знаходитись рейки для кріплення додаткового обладнання	Відповідність	

9	Рейки мають бути виконані з нержавіючої сталі з блокаторами для запобігання спадання додаткового обладнання	Відповідність	
10	Стіл оснащений системою центрального гальмування, що керується ногою педаллю	Відповідність	
11	Стіл має складатись з не менше 5 секцій: головна, спинна, грудна, тазова, ножна (роздільна)	Відповідність	
12	Секції голови та ніг мають бути взаємозамінними	Відповідність	
13	Знімні секцію мають зніматись та монтуватись без потреби вкручувати	Відповідність	
14	Стіл має бути обладнаний кожухом для зберігання важеля	Відповідність	
15	Регулювання висоти столу гідравлічно за допомогою ножної педалі	Відповідність	
16	Положення Тренделенбурга/антиТренделенбурга за допомогою важелів з блокуванням	Відповідність	
17	Латеральні нахили виконуються за допомогою важеля	Відповідність	
18	Зміна нахилу спинної секції за допомогою пневматичної пружини з важелем з	Відповідність	
19	Зміна нахилу грудної секції за допомогою важеля	Відповідність	
20	Зміна нахилу ножної секції за допомогою важеля з блокуванням	Відповідність	
21	Зміна нахилу головної секції за допомогою важеля	Відповідність	
22	Матраци мають бути виконані з поліуретану, з'ємні, що кріпляться на штифти	Відповідність	
23	Довжина столу, не менше	2060 мм	
24	Ширина столу та матрацу, не менше	500 мм	
25	Повна ширина столу, не більше	550 мм	
26	Мінімальна висота столу, не гірше	685 мм	
27	Максимальна висота столу, не гірше	985 мм	
28	Кут підйому головної секції, не більше	55°	
29	Кут опускання головної секції, не більше	50°	

30	Кут підйому спинної секції, не менше	85°	
31	Кут опускання спинної секції, не менше	40°	
32	Кут підйому ножної секції, не менше	30°	
33	Кут опускання ножної секції, не менше	90°	
34	Кут розсування ножної секції, не менше	180°	
35	Висота ниркового валика, не менше	150 мм	
36	Кут латеральних нахилів, не менше	±25°	
37	Кут нахилу Тренделенбурга та антиТренделенбурга, не менше	±30°	
38	Максимальне навантаження на стіл, не менше	200 кг	
39	Вага столу, не більше	155 кг	
40	Матеріали столу та матраців повинні бути стійкі до миючих та дезінфікуючих засобів, що складаються з чистого спирту, містять спирт, сполуки хлору та амонію	Відповідність	
Список додаткового обладнання:			
41	Інфузійна стійка з нержавіючої сталі з двома гачками	1 шт	
42	Підголівник з пінополіуретану. Габарити 80мм x 220 мм x 240 мм	1 шт	
43	Підніс для хірургічних інструментів. Має регулювання висоти, регулювання вздовж столу.	1 шт	
44	Тримач руки для анестезіолога з ремнями для фіксації. Основа з нержавіючої сталі, покрита чохлом з поліуретану. Дозволяє обертання по вертикальній осі. Розміри 25 мм x 160 мм x 500 мм	1 шт	
45	Ремінь для фіксації зап'ястя, що кріпиться на рейку столу. Ширина ремня – 100 мм	2 шт	
46	Ремінь для фіксації стегна, що кріпиться на рейку столу. Ширина – 100 мм	2 шт	
47	Тримач для анестезіологічних трубок під час операції. Регулюється по висоті та відстані. Основа з нержавіючої сталі, пластина з отворами для трубок – з оргскла.	1 шт	
Документи для підтвердження:			

48	Декларація відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів, яка підтверджує якість запропонованого товару.	Наявність	
49	Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі	Наявність	
50	Інструкція (паспорт) з експлуатації українською мовою	Наявність	

Операційний стіл гідравліко-механічний для офтальмології - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний – 1 комплект.

№ п/п	Найменування технічної вимоги	Значення	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку інструкції, або офіційних технічних даних виробника обладнання
1	Стіл має бути призначений для позиціонування пацієнта під час операцій та процедур, придатний для загальної та інших видів вузькопрофільних операцій.	Відповідність	
2	Стіл повинен мати гідравліко-механічний привід	Відповідність	
3	Стільниця виконана з HPL матеріалу, рентгенпрозора, придатна для роботи з С-	Відповідність	
4	Стіл розташований на мобільній основі, має не менше 3х антистатичних коліс	Відповідність	
5	Стіл повинен мати систему вирівнювання потенціалів/заземлення	Відповідність	
6	Наявність системи прямолінійного руху	Відповідність	
7	Металеві частини столу виконані з нержавіючої сталі марки AISI 316L з	Відповідність	
8	По боках столу мають знаходитись рейки для кріплення додаткового обладнання	Відповідність	
9	Рейки мають бути виконані з нержавіючої сталі з блокаторами для запобігання спадання додаткового обладнання	Відповідність	
10	Стіл оснащений системою центрального гальмування, що керується ногою педаллю	Відповідність	

11	Стіл має складатись з не менше 5 секцій: головна, спинна, грудна, тазова, ножна (роздільна)	Відповідність	
12	Секції голови та ніг мають бути взаємозамінними	Відповідність	
13	Знімні секцію мають зніматись та монтуватись без потреби вкручувати кріплення	Відповідність	
14	Стіл має бути обладнаний кожухом для зберігання важеля	Відповідність	
15	Регулювання висоти столу гідравлічно за допомогою ножної педалі	Відповідність	
16	Положення Тренделенбурга/ антиТренделенбурга за допомогою важелів з блокуванням	Відповідність	
17	Латеральні нахили виконуються за допомогою важеля	Відповідність	
18	Зміна нахилу спинної секції за допомогою пневматичної пружини з важелем з	Відповідність	
19	Зміна нахилу грудної секції за допомогою важеля	Відповідність	
20	Зміна нахилу ножної секції за допомогою важеля з блокуванням	Відповідність	
21	Зміна нахилу головної секції за допомогою важеля	Відповідність	
22	Матраци мають бути виконані з поліуретану, з'ємні, що кріпляться на штифти	Відповідність	
23	Довжина столу, не менше	2060 мм	
24	Ширина столу та матрацу, не менше	500 мм	
25	Повна ширина столу, не більше	550 мм	
26	Мінімальна висота столу, не гірше	685 мм	
27	Максимальна висота столу, не гірше	985 мм	
28	Кут підйому головної секції, не більше	55°	
29	Кут опускання головної секції, не більше	50°	
30	Кут підйому спинної секції, не менше	85°	
31	Кут опускання спинної секції, не менше	40°	
32	Кут підйому ножної секції, не менше	30°	
33	Кут опускання ножної секції, не менше	90°	

34	Кут розсування ножної секції, не менше	180°	
35	Висота ниркового валика, не менше	150 мм	
36	Кут латеральних нахилів, не менше	±25°	
37	Кут нахилу Тренделенбурга та антиТренделенбурга, не менше	±30°	
38	Максимальне навантаження на стіл, не менше	200 кг	
39	Вага столу, не більше	155 кг	
40	Матеріали столу та матраців повинні бути стійкі до миючих та дезінфікуючих засобів, що складаються з чистого спирту, містять спирт, сполуки хлору та амонію	Відповідність	
Список додаткового обладнання:			
41	Інфузійна стійка з нержавіючої сталі з двома гачками	1 шт	
42	Підголівник з пінополіуретану. Габарити 80мм x 220 мм x 240 мм	1 шт	
43	Підніс для хірургічних інструментів. Має регулювання висоти, регулювання вздовж столу.	1 шт	
44	Тримач руки для анестезіолога з ремнями для фіксації. Основа з нержавіючої сталі, покрита чохлом з поліуретану. Дозволяє обертання по вертикальній осі. Розміри 25 мм x 160 мм x 500 мм	1 шт	
45	Ремінь для фіксації зап'ястя, що кріпиться на рейку столу. Ширина ремня – 100 мм	2 шт	
46	Ремінь для фіксації стегна, що кріпиться на рейку столу. Ширина – 100 мм	2 шт	
47	Тримач для анестезіологічних трубок під час операції. Регулюється по висоті та відстані. Основа з нержавіючої сталі, пластина з отворами для трубок – з оргскла.	1 шт	
48	Офтальмологічний підголівник у формі підкови. Основа – з нержавіючої сталі, чохол/ матрац – з поліуретану. З регулюванням висоти, кута нахилу основи та матрацу. Має бути з потрібними кріпленнями для столу. Розмір підголівника 70 мм x 190 мм x 235 мм.	1 шт	
49	Відкрите кільце з гелю (у формі підкови). Розмір 140 мм x 34 мм	1 шт	

	Документи для підтвердження:		
50	Декларація відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів, яка підтверджує якість запропонованого товару.	Наявність	
51	Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі	Наявність	
52	Інструкція (паспорт) з експлуатації українською мовою	Наявність	

Кушетка медична оглядова – 32264 Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі – 5 шт.

№	Технічні показники (характеристики)	Відповідність функції, або величина параметра	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку інструкції, або офіційних технічних даних виробника обладнання
1	Кушетка повинна бути призначена для медичної терапії, лікування та масажу	Відповідність	
2	2-х секційна електрична кушетка	Відповідність	
3	Основа повинна мати перехресний каркас	Відповідність	
4	Конструкція повинна бути виготовлена зі сталі з епоксидним порошковим покриттям	Відповідність	
5	Безшовна оббивка зі спіненого пожежостійкого поліуретану	Відповідність	
6	Розміри кушетки, не менше	195 x 70 / 83 (з бортиками) см	
7	Розміри спинної секції, не менше	60 x 70 см	
8	Розміри секції сидіння, не менше	135 x 70 см	
9	Регулювання по висоті, не гірше	65 – 95 см	
10	Електричне регулювання по висоті за допомогою кнопкової панелі	Відповідність	
11	Гідравлічне регулювання кута нахилу спинної секції	Відповідність	
12	Діапазон регулювання спинної секції, не гірше	0° - 70°	
13	Робоче навантаження: не менше	200 кг	

14	Вага кушетки, не менше	70 кг	
15	Рівень шуму при роботі, не вище	35 Дб	
16	Ступінь захисту, не гірше	IPX6	
17	Кушетка повинна мати округлі краї для запобігання травмування	Наявність	
18	Гарантія, не менше	12 місяців	
19	Комплектація: Кушетка двосекційна Пульт керування Тримач паперових рушників	Відповідність	

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного виду продукції.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій, та моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «PROZORRO» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках. Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних. Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару. Таким чином очікувана вартість закупівлі **ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»**. (НК 024:2019: *Операційний стіл гідравліко-механічний - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Операційний стіл гідравліко-механічний для загальної хірургії - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Операційний стіл гідравліко-механічний для офтальмології - 36867 Операційний стіл, універсальний, мобільний; Кушетка медична оглядова – 32264 Стіл / кушетка масажна, з живленням від мережі*) становить - **2 441 086,00 UAH з ПДВ**.

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), розміщено за посиланням www.okl.if.ua/index.php/обґрунтування-закупівель.