

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Вироби для зовнішніх маніпуляцій. (НК 024:2019 – 34655-Марля, неткана; 34655-Марля, неткана; 48128-Стрічка марлева, антибактеріальна; 48127-Стрічка марлева; 58234-Стрічка ватяна; 33056-Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 33056- Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 33056-Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 58986-Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний; 16631-Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовенних вливань; 63095-Шприц / голка загального призначення; 63095-Шприц / голка загального призначення; 63095-Шприц / голка загального призначення; 34920-Катетер для периферійного судинного вливання; 34920-Катетер для периферійного судинного вливання; 34920-Катетер для периферійного судинного вливання; 45158-Набір для кризьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування; 45158-Набір для кризьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування; 58986-Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний), відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 « Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (Далі – Замовник):

Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради». Україна, 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича буд. 91, код 01993150.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Вироби для зовнішніх маніпуляцій. (НК 024:2019 – 34655-Марля, неткана; 34655-Марля, неткана; 48128-Стрічка марлева, антибактеріальна; 48127-Стрічка марлева; 58234-Стрічка ватяна; 33056-Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 33056- Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 33056-Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 58986-Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний; 16631-Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовенних вливань; 63095-Шприц / голка загального призначення; 63095-Шприц / голка загального призначення; 63095-Шприц / голка загального призначення; 34920-Катетер для периферійного судинного вливання; 34920-Катетер для периферійного судинного вливання; 34920-Катетер для периферійного судинного вливання; 45158-Набір для кризьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування; 45158-Набір для кризьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування; 58986-Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний).

Номенклатурні позиції:

(НК 024:2019: 34655-Марля, неткана; 34655-Марля, неткана; 48128-Стрічка марлева, антибактеріальна; 48127-Стрічка марлева; 58234-Стрічка ватяна; 33056-Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 33056-Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 33056-Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 58986-Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний; 16631-Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовенних вливань; 63095-Шприц / голка загального призначення; 63095-Шприц / голка загального призначення; 63095-Шприц / голка загального призначення; 34920-Катетер для периферійного судинного вливання; 34920-Катетер для периферійного судинного вливання; 34920-Катетер для периферійного судинного вливання; 45158-Набір для кризьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування; 45158-Набір для кризьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування; 58986-Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-16-005922-а.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначено у відповідності до потреб КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та з урахуванням вимог законодавства. **33140000-3 «Медичні матеріали». Вироби для зовнішніх маніпуляцій.** (НК 024:2019 – 34655-Марля, неткана; 34655-Марля, неткана; 48128-Стрічка марлева, антибактеріальна; 48127-Стрічка марлева; 58234-Стрічка ватяна; 33056-Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 33056- Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 33056-Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 58986-Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний; 16631-Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовенних вливань; 63095-Шприц / голка загального призначення; 63095-Шприц / голка загального призначення; 63095-Шприц / голка загального призначення; 34920-Катетер для периферійного судинного вливання; 34920-Катетер для периферійного судинного вливання; 34920-Катетер для периферійного судинного вливання; 45158-Набір для кризьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування; 45158-Набір для кризьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування; 58986-Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний).

вливання; 34920-Катетер для периферій-ного судинного вливання; 45158-Набір для крізьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування; 45158-Набір для крізьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування; 58986-Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний), використовується при наданні медичної допомоги пацієнтам КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», які перебувають на лікуванні. **Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:**

№ п/п	Код, назва НК 024:2019	Найменування товару	МТВ	Одиниця виміру	Кількість	Відповідність ТАК/НІ (з посиланням на відповідні документи)
1	34655-Марля, неткана	Відріз марлевий 1000см*90см	Склад - бавовна 100%, Довжина марлі в рулоні (см.)-1000±1,0, Ширина марлі (см.)-90±1,5, Тип 17 (к-сть ниток/см²)-20, К-сть ниток за основою на 100мм-120, Поверхнева густина г/м² ≥27,0, Білізна (%), ≥80, Розривне навантаження, (Н) основа:90, уток:60,	Шт	2 000	Так
2	34655-Марля, неткана	Відріз марлевий 500см*90см	Відрізи повинні бути чистими без плям і бруду. Марлевий відріз повинен мати ширину не менше 90-2% та довжину не менше 500-2% Склад бавовна 100%	уп.	10 000	Так
3	48128-Стрічка марлева, антибактеріальна	Бинт стерильний 7м *14см	Бинт повинен бути виготовлений зі 100% бавовняної відбіленої медичної марлі. Білізна має бути не менше 70%. Бинт марлевий медичний повинен бути стерильним; довжина повинна бути не менше 7,0м±0,3; ширина повинна бути не менше 14см±0,5. Товщина виробу не більше 35 мм та навантаження на розрив 68 Н. Капілярність повинна бути 6,5см/ч. Пакування – 1шт. в індивідуальній упаковці.	Шт	1 000	Так
4	48127-Стрічка марлева	Бинт нестерильний 5м *10см	Довжина бинта, м > 5,03.0,2 Ширина бинта, см 10,0±0,5 Товщина бинта, мм, н/б 25 Білізна, %, н/м 80 Розривне навантаження, Н, н/м 78 Капілярність, см/ч, н/м 7,0 Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009 п.1.2.1 ГОСТ 1172-93 Маркування згідно ГОСТ 1172-93	Шт	2 000	Так

5	58234-Стрічка ватяна	Вата нестерильна 100,0 гр. Зигзаг	Вата медична гігроскопічна хірургічна нестерильна. 100гр + - 5гр.Капілярність 67 мм.,зольність 0,4%,вологість-0,здатність поглинання 19н/м,засміченість 0,7%	Шт	1 000	Так
6	33056- Матеріал для накладення гіпсової пов'язки	Бинт гіпсовий медичний 20*2,7	Бинти гіпсові повинні мати рівні обрізання,без бахроми(технологічні кромки).	Шт	1 000	Так
7	33056- Матеріал для накладення гіпсової пов'язки	Бинт гіпсовий медичний 15*2,7	Бинти гіпсові повинні мати рівні обрізання,без бахроми(технологічні кромки).	Шт	1 000	Так
8	33056- Матеріал для накладення гіпсової пов'язки	Бинт гіпсовий медичний 10*2,7	Бинти гіпсові повинні мати рівні обрізання,без бахроми(технологічні кромки).	Шт	2 00	Так
9	58986- Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний	Пластир котушковий нетканна основа 2,5 х 500	Нетканна основа, ширина 2,5*довжина 500см * в картонній коробці;міцність на відрив під кутом 180 градусів 1,9 Н/см,кількість крему 126 г/м²,схоплювання 0 мм.	Шт	15 000	Так
10	16631-Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовенних вливань	Одноразовий набір для інфузії з металевою голкою (Система ПР)	Виготовлена з ПВХ. Не містить ДЕГФ (DEHP free); Містить металеву голку для проколу кришки флакона та повітряну голку з фільтром; Голка для проколу флакона довжиною 28мм+/-1мм; повинна мати ручку для утримання під час проколу довжиною 20 мм.; Мембрана фільтру повітряної голки 0,15-0,20 мкм.; Трубка системи довжиною не менше 1600 мм; Дозатор крапельної камери 20 крапель/мл; Інфузійний фільтр крапельної камери; Відстань між дозатором та фільтром не більше 20 мм.; Наявність ін'єкційного вузла; Регулятор швидкості інфузії; В комплекті з системою ін'єкційна голка та пластир для фіксації голки або канюлі, розмір фіксуючої стрічки 3,5*7см; Стерильна. В індивідуальній упаковці.	Шт	70 000	Так

11	63095-Шприц / голка загального призначення	Шприц 1 голка 10мл	Повинні мати об'єм 10мл. - Поверхні шприца, які контактують із рідиною, що ін'єктується, під час нормального використання не повинні мати сторонніх часток. - Зовнішня поверхня голки повинна бути блискучою, не мати тріщин, раковин, вм'ятин, подряпин та задирок. Колюча частина голки не повинна мати задирок та деформацій, повинна бути гострою. - Розміри шприців повинні відповідати ТУ У 33.1-30109129-001:2007 - Розміри голки 0,8x38мм - Шкала повинна відповідати вимогам ГОСТ24861 - Наконечник для приєднання голки повинен відповідати стандарту луєр (Luer). - Повинні бути стерильними	Шт	150 000	Так
12	63095-Шприц / голка загального призначення	Шприц 1 голка 20мл	Повинні складатись із циліндру, штоку . До комплекту повинна входити голка 0,8*38мм, на яку одягнутий захисний ковпачок. - Повинні мати номінальну місткість 20мл. - Поверхні шприца, які контактують із рідиною, що ін'єктується, під час нормального використання не повинні мати сторонніх часток. - Циліндр повинен бути прозорим. - Наконечник для приєднання голки повинен відповідати стандарту луєр (Luer). - Трубка повинна бути пружною, міцною і прямолінійною, а кінець її гострим без задирок. - Індивідуальне пакування повинне бути цілісним. - Повинні бути стерильними	Шт	200 000	Так

13	63095-Шприц / голка загального призначення	Шприц 1 голка 5мл	Повинні мати об'єм 5мл. - Поверхні шприца, які контактують із рідиною, що ін'єктується, під час нормального використання не повинні мати сторонніх часток. - Зовнішня поверхня голки повинна бути блискучою, не мати тріщин, раковин, вм'ятин, подряпин та задирок. Колюча частина голки не повинна мати задирок та деформацій, повинна бути гострою. - Розмір шприца повинні відповідати ТУ У 33.1-30109129-001:2007 - Розмір голки 0,7х38мм - Шкала повинна відповідати вимогам ГОСТ 24861 - Наконечник для приєднання голки повинен відповідати стандарту луср (Luer). - Повинні бути стерильними.	Шт	30 000	Так
14	34920 - Катетер для периферійного судинного вливання	Канюля інфузійна 20G 1,1х32мм одноразова	Канюлі повинні складатися з полімерної трубки, яка має на одному кінці порти для приєднання інфузійних систем або шприців і крильця для фіксації. Всередину полімерної трубки повинна бути встановлена ін'єкційна голка з нержавіючої сталі, довжина якої на 3-4 мм довше полімерної трубки, а зовнішній діаметр відповідає внутрішньому діаметру полімерної трубки. Ін'єкційна голка додатково повинна мати боковий отвір. Голки канюлі повинні бути стійкими до корозії. Дистальний кінець полімерної трубки канюлі повинен бути конусоподібним для полегшення його введення і повинен щільно прилягати до голки. Канюля голки повинна бути прозора для визначення зворотнього закиду крові, та сполучатися з вхідним отвором трубки голки. Канюля повинна мати насадку з клапаном. Клапан повинен забезпечувати герметичність канюлі. Канюлі повинні бути стерильними.	Шт	20 000	Так

15	34920 - Катетер для периферійного судинного вливання	Канюля інфузійна 22G 0,9x25мм одноразова	Канюлі повинні складатися з полімерної трубки , яка має на одному кінці порти для приєднання інфузійних систем або шприців і крильця для фіксації. Всередину полімерної трубки повинна бути встановлена ін'єкційна голка з нержавіючої сталі, довжина якої на 3-4 мм довше полімерної трубки, а зовнішній діаметр відповідає внутрішньому діаметру полімерної трубки. Ін'єкційна голка додатково повинна мати боковий отвір. Голки канюлі повинні бути стійкими до корозії. Дистальний кінець полімерної трубки канюлі повинен бути конусоподібним для полегшення його введення і повинен щільно прилягати до голки. Канюля голки повинна бути прозора для визначення зворотнього закиду крові, та сполучатися з вхідним отвором трубки голки. Канюля повинна мати насадку з клапаном. Клапан повинен забезпечувати герметичність канюлі. Канюлі повинні бути стерильними.	Шт	15 000	Так
----	--	--	--	----	--------	-----

16	34920 - Катетер для периферійного судинного вливання	Канюля інфузійна 18G 1,3x32мм одноразова	Канюлі повинні складатися з полімерної трубки , яка має на одному кінці порти для приєднання інфузійних систем або шприців і крильця для фіксації. Всередину полімерної трубки повинна бути встановлена ін'єкційна голка з нержавіючої сталі, довжина якої на 3-4 мм довше полімерної трубки, а зовнішній діаметр відповідає внутрішньому діаметру полімерної трубки. Ін'єкційна голка додатково повинна мати боковий отвір. Голки канюлі повинні бути стійкими до корозії. Дистальний кінець полімерної трубки канюлі повинен бути конусоподібним для полегшення його введення і повинен щільно прилягати до голки. Канюля голки повинна бути прозора для визначення зворотнього закиду крові, та сполучатися з вхідним отвором трубки голки. Канюля повинна мати насадку з клапаном. Клапан повинен забезпечувати герметичність канюлі. Канюлі повинні бути стерильними.	Шт	3 000	Так
----	--	--	---	----	-------	-----

17	45158 – Набір для крізьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування	Комплект ін'єкційний (шприци по 2 мл з серветками спиртовими)	Комплект повинен містити: 1. Шприц 2ml (мл) луєр трьохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з двома голками 0,6x32 mm (мм) (23Gx1 1/4") /0,55x25 mm (мм) (24Gx1")- 10 шт.; 2. Серветка із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, 30x60 mm (мм)-20шт. Упаковка комплекта ін'єкційного – картонна коробка з ілюстраційною та текстовою інформацією. Індивідуальна упаковка шприців – блістер, що містить шприц трьохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з двома голками; індивідуальна упаковка серветок- індивідуальна багат шарова (3 шари: поліетилен, шар з алюмінієвої фольги, папір), що містить спиртову серветку з нетканного матеріалу.	Шт	200	Так
18	45158 – Набір для крізьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування	Комплект ін'єкційний (шприци по 5 мл з серветками спиртовими)	Комплект повинен містити: 1. Шприц 5ml (мл) луєр трьохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з двома голками 0,7x38 mm (мм) (22Gx1 1/2") /0,6x32 mm (мм) (23Gx1 1/4")- 10 шт.; 2. Серветка із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, 30x60 mm (мм)-20шт. Упаковка комплекта ін'єкційного – картонна коробка з ілюстраційною та текстовою інформацією. Індивідуальна упаковка шприців – блістер, що містить шприц трьохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з двома голками; індивідуальна упаковка серветок- індивідуальна багат шарова (3 шари: поліетилен, шар з алюмінієвої фольги, папір), що містить спиртову серветку з нетканного матеріалу.	Шт	200	Так

19	58986 - Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний	Пластир медичний раневий На полімерній основі 7,2*2,5	Пластир медичний раневий На полімерній основі 7,2*2,5	Шт	25 000	Так
----	--	---	--	----	--------	-----

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного виду продукції.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій, та моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «PROZORRO» та на аналогічних торговельних електронних майданчиках. Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних. Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару. Таким чином очікувана вартість закупівлі **ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Вироби для зовнішніх маніпуляцій.** (НК 024:2019 – 34655-Марля,неткана; 34655-Марля,неткана; 48128-Стрічка марлева, антибактеріальна; 48127-Стрічка марлева; 58234-Стрічка ватяна; 33056-Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 33056- Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 33056-Матеріал для накладення гіпсової пов'язки; 58986-Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний; 16631-Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовенних вливань; 63095-Шприц / голка загального призначення; 63095-Шприц / голка загального призначення; 34920-Катетер для периферій-ного судинного вливання; 34920-Катетер для периферій-ного судинного вливання; 34920-Катетер для периферій-ного судинного вливання; 45158-Набір для крізьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування; 45158-Набір для крізьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування; 58986-Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний) становить - **7 118 442,00 УАН з ПДВ.**

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), розміщено за посиланням www.okl.if.ua/index.php/обґрунтування-закупівель.