

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Матеріали медичні для анестезії та реанімації. (НК 024:2023: 36051 Абсорбент діоксиду вуглецю; 17701 Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором; 16858 Ін'єкційний порт для катетера; 16858 Ін'єкційний порт для катетера; 35113 Зволожувач дихальних сумішей без підігріву; 60856 Набір для проведення кисневої терапії нестерильний; 35173 Маска для кисню без зворотного дихання; 47476 Надувний протипролежневий матрац; 12159 Набір для внутрішньовенних вливань із бюреткою для контролювання об'єму інфузійного розчину; 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів; 61594 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 61594 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 61595 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 46819 З'єднувач для дихального контура багаторазового застосування; 47017 Шприц загального призначення одноразового використання; 60837 Фільтр бактеріальний для медичних газів нестерильний одноразового використання), відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 « Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (Далі – Замовник):

Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради». Україна, 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича буд. 91, код 01993150.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Матеріали медичні для анестезії та реанімації. (НК 024:2023: 36051 Абсорбент діоксиду вуглецю; 17701 Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором; 16858 Ін'єкційний порт для катетера; 16858 Ін'єкційний порт для катетера; 35113 Зволожувач дихальних сумішей без підігріву; 60856 Набір для проведення кисневої терапії нестерильний; 35173 Маска для кисню без зворотного дихання; 47476 Надувний протипролежневий матрац; 12159 Набір для внутрішньовенних вливань із бюреткою для контролювання об'єму інфузійного розчину; 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів; 61594 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 61594 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 61595 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 46819 З'єднувач для дихального контура багаторазового застосування; 47017 Шприц загального призначення одноразового використання; 60837 Фільтр бактеріальний для медичних газів нестерильний одноразового використання).

Номенклатурні позиції:

(НК 024:2023: 36051 Абсорбент діоксиду вуглецю; 17701 Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором; 16858 Ін'єкційний порт для катетера; 16858 Ін'єкційний порт для катетера; 35113 Зволожувач дихальних сумішей без підігріву; 60856 Набір для проведення кисневої терапії нестерильний; 35173 Маска для кисню без зворотного дихання; 47476 Надувний протипролежневий матрац; 12159 Набір для внутрішньовенних вливань із бюреткою для контролювання об'єму інфузійного розчину; 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів; 61594 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 61594 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 61595 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 46819 З'єднувач для дихального контура багаторазового застосування; 47017 Шприц загального призначення одноразового використання; 60837 Фільтр бактеріальний для медичних газів нестерильний одноразового використання).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-12-06-007511-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначено у відповідності до потреб КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» та з урахуванням вимог законодавства. **33140000-3 «Медичні матеріали». Матеріали медичні для анестезії та реанімації.** (НК 024:2023: 36051 Абсорбент діоксиду вуглецю; 17701 Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором; 16858 Ін'єкційний порт для катетера; 16858 Ін'єкційний порт для катетера; 35113 Зволожувач дихальних сумішей без підігріву; 60856 Набір для проведення кисневої терапії нестерильний; 35173 Маска для кисню без зворотного дихання; 47476 Надувний протипролежневий матрац; 12159 Набір для внутрішньовенних вливань із бюреткою для контролювання об'єму інфузійного розчину; 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів; 61594 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 61594 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 61595 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 46819 З'єднувач для дихального контура багаторазового застосування; 47017 Шприц загального призначення одноразового використання; 60837 Фільтр бактеріальний для медичних газів нестерильний одноразового використання), використовується при наданні медичної допомоги пацієнтам КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», які перебувають на лікуванні. **Вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:**

№	Найменування	Код НК	МТВ	Одиниці виміру	Кількість
1	Абсорбент діоксиду вуглецю, каністра 4,5 кг	36051 Абсорбент діоксиду вуглецю	Абсорбент повинен бути сумісним з наступними видами анестетиків: закис азоту, севофлуран. Повинні бути гранули різного розміру від 2,5 до 5,0 мм. Не містить гідроксиду калію (KOH), гідроксиду літію (LiOH), та хлорвмісткі речовини. Висока ефективність абсорбції – не менше 19%. Вміст води не менше 12-19 %. Низький рівень пилу – 0,1-0,2%. Твердість гранул не менше, 75%. Абсорбційна ємність CO ₂ не менше, 19%. Абсорбент повинен містити гідроксиду кальцію Ca(OH) ₂ та гідроксид Натрію (NaOH). Гранули повинні бути різного розміру від 2,5 до 5,0 мм. При хімічній реакції абсорбенту з летючими анестетиками не повинні виділятися токсичні хімікати, такі як компонент А, чадний газ (CO), формальдегід (НСОН) та інші.	кан	200

2	Голка для порт-систем, що імплантуються з крильцями 20G 20 мм	17701 Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором	Голки для порт-систем що імплантуються, для довготривалих інфузій, стійкі до високого тиску до 325psi (22,4 Бар). З гнучкими крильцями. Не містять латексу та фталатів. Подовжувальна трубка з зажимом довжиною 200 мм. Відповідність Технічні характеристики: Розміри голки G 20 x 0,9x 20 мм Жовтий Термін гарантії Мінімальний остаточний термін придатності після постачання товару Не менше ніж 70% залишкового терміну придатності Повний термін придатності 60 місяців	шт	705
3	Заглушка синя	16858 Ін'єкційний порт для катетера	Заглушка на катетер чи подовжувач зі з'єднанням типу Люер-Лок. Male та Female - коннектор. Синього кольору. Технічні характеристики: З'єднання Люер-Лок, внутрішній конус з додатковим різьбовим з'єднанням (Female), зовнішній конус з додатковим різьбовим з'єднанням (Male)	шт	1700
4	Заглушки жовта	16858 Ін'єкційний порт для катетера	Заглушка на катетер чи подовжувач зі з'єднанням типу Люер-Лок з мембраною для ін'єкції. Технічні характеристики: Не містить латексу З'єднання Люер-Лок, внутрішня різьба	шт	700
5	Зволожувач бульбашковий 400 мл, із тонкодисперсним розпилювачем і запобіжним клапаном 4psi, для застосування в стаціонарі	35113 Зволожувач дихальних сумішей без підігріву	Бульбашковий зволожувач одноразового використання, повинен застосовуватися для зволоження сухого кисню, що подається пацієнту через рот або ніс. Матеріал дифузора повинен бути з кераміки. Наявність клапану тиску, що автоматично відкривається при тиску 4psi. Наявність відміток мінімального і максимального рівня води. Ємкість, не більше, 400 мл. Не містить латексу та DEHP фталати.	шт	50
6	Маска киснева середньої концентрації для дорослих, із носовим затискачем, головним тримачем і кисневою трубкою 2,1 м (m)	60856 Набір для проведення кисневої терапії нестерильний	Маска змінної продуктивності для постачання кисню до пацієнта, через рот та ніс. Повинна складатися з кисневої маски з носовим затискачем, головного тримача та кисневої трубки довжиною не менше 2,1 м. Киснева трубка, яка кріпиться через шарнірний з'єднувач та має спеціальну систему захисту від перегинання трубки. Повинна постачати мінімальну концентрацію кисню, що складає не менше 28% 2 л/хв. Повинна постачати максимальну концентрацію кисню не менше 60% 10 л/хв. Одноразового використання. Не містить фталатів	шт	1000

7	Маска нереверсивна для дорослих із носовим затискачем, головним тримачем і кисневою трубкою 2,1 м (м)	35173 Маска для кисню без зворотного дихання	Нереверсивна киснева маска забезпечує подачу високу концентрацію кисню пацієнтам із самостійним диханням. Повинна мати комплектацію: маска з носовим затискачем, головний тримач, резервний мішок, киснева трубка. Трубка із зіркоподібним просвітом, довжиною не менше 2,1м. Повинна постачати мінімальну концентрацію кисню, що складає 80 %.15 л/ хв. Повинні бути зубці на шарнірному з'єднувачі, які забезпечують безперебійну подачу кисню з дихального мішка до пацієнта. Повинна не містити латекс та фталати DEHP	шт	2000
8	Матрац протипролежнев ий з компресором	47476 Надувний протипролежн евий матрац	Система протипролежнева в комплекті Ефективність проти пролежнів: 1-2 ступеня Тип матрацу: комірчастий Розмір матрацу, Д х Ш: 200 x 90 см Висота у робочому стані: 7 см Тип тиску: змінний Час зміни циклу: 6 хв Матеріал полотна: ПВХ Кількість комірок: 130 Довжина лоскотів для закрilкy: 50 см + 50 см (верхня та нижня сторона) Живлення: ~ 220V, 50/60 Гц Робочий тиск: 50-120 мм рт. ст Максимальне навантаження: 130 кг. Вихід повітря з компресору, (л/хв.) 6-7 Комплектація: матрац, компресор, з'єднувальні трубки, ремонтний набір	шт	100

9	Набір для внутрішньовенного введення 240 /150 см фільтр 0,2 мкм	12159 Набір для внутрішньовенних вливань із бюреткою для контролювання об'єму інфузійного розчину	Вбудована в інфузійну систему крапельна камера з інфузійним фільтром 15 мкм та вбудованим вентиляційним каналом з захистним ковпачком. Включає інфузійний фільтр 0,2 мкм. Силіконовий перистальтичний сегмент з фіксаторами для встановлення в інфузійний насос CompactPlus. Роликовий регулятор. Фільтр AirStop для підтримки рівня розчину на рівні фільтра. Затискач, що попереджує випадковий вільний потік рідини, під час заміни лінії або відкриття приладу. Технічні характеристики: Довжина 240/150 см. З'єднання Луер-Лок Матеріал трубки PUR Об'єм заповнення 20,6 мл Діаметр 3,0-4,1	шт	500
---	---	---	---	----	-----

10	Набір для епідуральної анестезії	34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів;	Набір пристосувань для виконання епідуральної анестезії. Склад: Епідуральна голка Tuohi Ø 18G/1,30 x 80 мм з позначками по зовнішній поверхні кожний сантиметр, рифленим прозорим павільйоном та упорними планками(крильцями) для зручного утримання в руках, пластиковий мандрен с покажчиком положення зрізу голки, катетер з трьома вбудованими рентген-контрастними смужками та атравматичним конусним кінчиком 0,85 x 1000 мм з шістьма боковими отворами на кінчику, направлявач катетеру, плоский антибактеріальний фільтр з пазом для фіксації, адаптер для з'єднання катетера з фільтром типу Снеп Лок, шприц для методики «втрати опору» 10 мл, без латексу з маркуванням для верифікації типу шприцу, жовта наклейка EPIDURAL для верифікації. Відповідність 2. Технічні характеристики: Використовувані матеріали Поліетилен (PE), полікарбонат (PC), полістерол (PS), поліамід (PA), поліпропілен (PP), акрилонітробутадієнстирол (ABS), нержавіюча сталь Характеристики фільтру Діаметр пор 0,2 мкм, резистентний до тиску до 4 бар (2944 мм Hg) 3. Термін гарантії Мінімальний остаточний термін придатності після постачання товару Не менше ніж 80% залишкового терміну придатності Повний термін придатності 5 років 4. Документація Реєстраційне посвідчення Наявність Документація на доступній мові, яка обумовлює основні характеристики продукції Наявність 5. Досвід використання Досвід використання продукції в лікувальному закладі. Не менше 6 місяців.	шт	2000
----	----------------------------------	---	---	----	------

11	Набір для катетеризації центральних вен двохканальний	61594 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання	Катетеризація центральних вен за методикою Сельдінгера Матеріал катетеру: Термолабільний, Rg- контрастний поліуретан Склад набору: Двоканальний катетер з маркуванням в см, м'яким кінчиком і з'єднанням Луер-лок, маркуванням каналів та зажимами. Довжина катетеру 20 см, канали: дистальний 16G (55 мл/хв), проксимальний 16G (45 мл/хв). Пункційна голка 1,3 x 70 мм, профільований прозорий павільйон, Луер-лок. Дилататорпластиковий. Провідник з нітінолу гнучкий з маркуванням по довжині, з м'яким J-подібним кінчиком, в круглому футлярі з направлявачем та упором для пальцю. Нерухомі крильця з отворами, прозорі подовжувальні лінії з конекторами Луер-лок. Рухомі і фіксуючі крильця з 2-ма отворами для фіксації лігатурою. Дві заглушки жовтого кольору In-Stopper з силіконовою мембраною зі з'єднанням Луер-лок.	шт	500
12	Набір для катетеризації центральних вен одноканальний	61594 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання	Набір для катетеризації центральних вен з одноканальним катетером Катетеризація центральних вен за методикою Сельдінгера Термолабільний, антитромбогенний, Rg- контрастний поліуретан Одноканальний катетер з незмиваємим маркуванням в см, м'яким заокругленим кінчиком і з'єднанням Луер-лок, маркуванням каналів та зажимом. Зовнішній діаметр катетеру 14G/2,1 мм, довжина катетеру 20 см. Канал 1,4 мм. Пункційна голка тонкостінна, з овальним зрізом 1,3 x 70 мм, профільований прозорий павільйон, Луер-лок. Дилататор пластиковий, цільнолітій. Провідник металевий гнучкий з маркуванням по довжині, з J-образним кінчиком, в круглому футлярі з направлявачем та упором для пальцю. Нерухомі крильця з отворами, прозора подовжувальна лінія з конектором Луер-лок. Рухомі і фіксовані крильця з 2-ма отворами для фіксації лігатурою. Заглушка з силіконовою мембраною In-стоппер	шт	2000

13	Набір для катетеризації центральних вен з екг контролем одноканальний	61595 Набір для катетеризації центральних вен короткочасног о використання	1.Набір для катетеризації центральних вен з одноканальним катетером Відповідність 2. Технічні характеристики: Призначення Катетеризація центральних вен за методикою Сельдінгера Матеріал катетеру Термолабільний, Rg- контрастний поліуретан Склад набору Одноканальний катетер з маркуванням в см, м'яким кінчиком і з'єднанням Луер-лок, з ковзаючим зажимом. Діаметр катетера 14G - 80 мл/хв, довжина катетера 20 см. Пункційна голка 1,3 x 70 мм, G18, профільований прозорий павільйон, Луер-лок. Дилататор пластиковий, цільнолітій. Провідник довжиною 50 см з Нітінолу гнучкий з маркуванням по довжині, з м'якими J-подібним прямим кінчиками, в круглому диспенсері (футлярі) з направлявачем та упором для пальця. Нерухомі крильця з отворами, прозора подовжувальна лінія з конектором Люер-Лок. Рухомі і фіксуючі крильця з 2-ма отворами для фіксації лігатурою. Кабель для ЕКГ контролю постановки катетеру.	шт	100
14	Оригінальна лінія 150 см	12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань;	Лінія подовжувальна для шприцевих насосів, прозора, з'єднання Луер-Лок, (тип male/female). Довжина лінії - 150 см Діаметр зовнішній/внутрішній - 2,7 / 1,5 мм Резистентність до тиску в системі - до 4 бар (2 944 mm Hg) Об'єм заповнення - 2,6 мл	шт	5000

15	Трубка трахеостомічна з манжетою 7,0	35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування	Трубка трахеостомічна з манжетою та аспіраційним портом Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. Інтегрований аспіраційний порт (катетер) для видалення слизу. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об'єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин. Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації. Розміри: 7,0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати	шт	100
16	Трубка трахеостомічна з манжетою 7,5	35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування	Трубка трахеостомічна з манжетою та аспіраційним портом Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. Інтегрований аспіраційний порт (катетер) для видалення слизу. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об'єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин. Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації. Розміри: 7,5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати	шт	150

17	Трубка трахеостомічна з манжетою 8,0	35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування	Трубка трахеостомічна з манжетою та аспіраційним портом Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. Інтегрований аспіраційний порт (катетер) для видалення слизу. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об'єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин. Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації. Розміри: 8,0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати	шт	150
18	Трубка трахеостомічна з манжетою 8,5	35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування	Трубка трахеостомічна з манжетою та аспіраційним портом Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. Інтегрований аспіраційний порт (катетер) для видалення слизу. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об'єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин. Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації. Розміри: 8,5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати	шт	50

19	Трубка з'єднувальна гладкостовбурна з шарнірним кутовим з'єднувачем з подвійною еластичною заглушкою	46819 З'єднувач для дихального контура багаторазового застосування	З'єднувальна трубка гладкостовбурна. Діаметр трубки повинен бути не більше 15 мм. Довжина трубки повинна бути не більше 150 мм. Повинна мати шарнірний кутовий з'єднувач з подвійною еластичною заглушкою. Верхня заглушка має порт з ущільнювачем для введення фіброскопа. Нижня заглушка має діаметр 9,5 мм та забезпечує необмежений доступ для аспіраційних катетерів. Повинна мати з'єднувачі 22 мм F (до апарата) та з'єднувачі 15 мм F/22 мм M (до пацієнта). Гладкостовбурна трубка повинна бути виготовлена з поліестер еластомеру. Повинна бути	шт	1000
20	Оригінальний шприц 50 мл	47017 Шприц загального призначення одноразового використання	Шприц трьох-компонентний для шприцевих насосів 50 мл з мінімальним залишковим об'ємом з аспіраційною голкою (2.0 x 30 мм) для набору медикаменту та з'єднанням Луер-Лок Циліндр та поршень шприцу виготовлені з поліпропілену Накладка поршню, що не містить латексу, з двома ущільнюючими кільцями	шт	6000
21	Фільтр вірусобактеріальний для дорослих, із портом Луер	60837 Фільтр бактеріальний для медичних газів нестерильний одноразового використання	Дихальні фільтри розроблені для запобігання передачі вірусів та бактерій від і до пацієнта при анестезії та інших видах штучного дихання. Ефективність фільтрації не менше, 99,999%. Ефективні по відношенню до вірусів та бактерій, в тому числі -Туберкульоз, вірусу хвороби Крейтцфельда-Якоба, гепатиту С, ВІЛ та інших особливо небезпечних хвороб пацієнтів. Опір при 30 л/хв не більше, 1,2 см H ₂ O. Мертвий простір, не більше, 66 мл. Мінімальний дихальний об'єм не більше, 198 мл. Повинні змінюватися кожні 24 години. Заокруглена, без гострих країв форма зменшує ризик виникнення пролежнів у пацієнта. Мають бути електростатичними. Має бути порт для моніторингу CO ₂ , що закривається прикріпленою	шт	7000

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного виду продукції.

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій, та моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих

торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «PROZORRO» та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках. Відповідно до Методики для визначення очікуваної вартості була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних. Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару. Таким чином очікувана вартість закупівлі **ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 33140000-3 «Медичні матеріали». Матеріали медичні для анестезії та реанімації. (НК 024:2023: 36051 Абсорбент діоксиду вуглецю; 17701 Набір для внутрішньовенного введення з голкою з бічним отвором; 16858 Ін'єкційний порт для катетера; 16858 Ін'єкційний порт для катетера; 35113 Зволожувач дихальних сумішей без підігріву; 60856 Набір для проведення кисневої терапії нестерильний; 35173 Маска для кисню без зворотного дихання; 47476 Надувний протипролежневий матрац; 12159 Набір для внутрішньовенних вливань із бюреткою для контролювання об'єму інфузійного розчину; 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів; 61594 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 61594 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 61595 Набір для катетеризації центральних вен короткочасного використання; 12170 Набір для подовження магістралі для внутрішньовенних вливань; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 35404 Трубка трахеостомічна стандартна одноразового застосування; 46819 З'єднувач для дихального контура багаторазового застосування; 47017 Шприц загального призначення одноразового використання; 60837 Фільтр бактеріальний для медичних газів нестерильний одноразового використання)** становить – **6 400 984,33 UAH з ПДВ.**

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до вимог пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), розміщено за посиланням www.okl.if.ua/index.php/обґрунтування-закупівель.